

Nós temos as melhores soluções para sua empresa

Somos uma distribuidora de equipamentos para prevenção e controle de alcoolemia, Etilômetro com impressora integrada, Bafômetros com impressoras externas com e sem fio, Bafômetro descartável, bafômetros para veículos e testes de droga.



Controle de acesso



Deteção de álcool



Reconhecimento Facial



Medição de temperatura



Deteção de máscara



Reconhecimento Facial



Deteção de Máscara  
Medição de Temperatura

Alcovisor

# Phoebus Advanced

## Especificações

Sensor de Celula de Combustível  
Temperatura de Trabalho -10°C até 50°C  
Temperatura de armazenagem -20° até 50°C  
Tamanho 20cm x 22cm x 8,9 cm  
Peso 1243g  
Bateria AC 100-240V 50-60Hz DC12V 3A  
Memória 20.000 registros de testes , 10.000 registros de rostos  
Tempo de resposta para testes de 5 segundos  
Reinicialização após teste positivo em 30 segundos  
Sistema de fácil operação  
Unidades de medida  
BrAC : mg/L  
BAC: grm%, mg/mL, mg/100ml  
Faixa de deteção 0,00% BAC até 0.40% BAC  
Precisão 0-0.10% BrAC +-5% / 0.10- 0.15% BrAC +-8%> 0.15% : +-10%  
Calibração não necessária (O módulo de teste é trocado)  
Sensor de Temperatura Infra Vermelho  
Conexões : USB / Rede : WIFI, 4G (Opcional), Ethernet  
Suporte para NFC

Bafômetro para acesso com reconhecimento facial, ideal para segurança em grandes construções, empresas de transportes, hospitais, escolas, grandes escritórios, estacionamentos, aeroportos, boates. Capacidade para gravar 10.000 rostos e memorizar 20.000 testes. Medição de temperatura sem contato e deteção de uso de máscara.

Possui acesso a servidores remotos para armazenamento de rostos e teste, e a monitoração pode ser feita em tempo real.

O vídeo e imagem de entrada podem ser personalizados. Também possui suporte a NFC, para uso de cartões de acesso por aproximação.

#	Thumbnail	Date	Name	Employee ID	Type	Department	Position	Year	Sex	Address	Alcohol value
1		2019-05-14 14:28:43	JOHN WILSON	123456789	Facial Recognit	ADM	Facial Recognit	adm	M	BRASILIA-DF	Refuse
2		2019-05-14 14:19:07	MRS. WONG	987654321	Facial Recognit	ADM	Facial Recognit	adm	F	BRASILIA-DF	0.0 mg/100ml
3		2019-05-14 11:02:07	MRS. WONG	987654321	Facial Recognit	ADM	Facial Recognit	adm	F	BRASILIA-DF	0.0 mg/100ml
4		2019-05-14 11:38:37	MRS. WONG	987654321	Facial Recognit	ADM	Facial Recognit	adm	F	BRASILIA-DF	Pass (0.04461 100)
5		2019-05-14 10:17:03	MRS. WONG	987654321	Facial Recognit	ADM	Facial Recognit	adm	F	BRASILIA-DF	0.0 mg/100ml
6		2019-05-13 17:23:03	MRS. WONG	987654321	Facial Recognit	ADM	Facial Recognit	adm	F	BRASILIA-DF	0.0 mg/100ml

